HPLC Method for Analysis of Insulin on BIST™B+ Column



Column:	BIST™ B+
Size:	4.6 × 150mm, 5 µm
Flow:	1.0 mL/min
Mobile phase:	Gradient MeCN – 75 → 55%, 15 min
Buffer:	H_2SO_4 – 0.2%
Detection:	UV 210 nm

Method Parameters

Mobile Phase	MeCN Gradient
Buffer	H2SO4 – 0.2%
Flow Rate	1.0 mL/min
Detection	UV 210 nm

Quelle: https://sielc.com/hplc-method-for-analysis-of-insulin

AugustaChrom - Dr. Roland Kießwetter
Tel.: +49 821 599 783 70
Fax: +49 821 599 783 71
E-Mail: info@hplc-shop.de